

武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 20DB920007356-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 Applicant	武汉国电华美电气设备有限公司
计量器具名称 Name of Instrument	直流高压发生器
型号/规格 Type/Specification	HMZGF-60kVA/5mA
出厂编号 Serial No.	2005048
制造单位 Manufacturer	武汉国电华美电气设备有限公司
校准依据 Calibration Regulation	JXF/WJ001-2017《高压试验装置校准方法》




批准人: Approved by	贾祺
核验员: Checked by	王京
校准员: Calibrated by	王武



校准日期 2020 年 05 月 27 日
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
Address
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
传真: (027) 84843950
Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920007356-001
Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
数字高压表	(计)字第201910862号	2020-05-30

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration


温度: 21℃ 湿度: 50%RH 其他: /
Temperature Humidity Others

地点: 客户现场(生产车间)
Place



7019584

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920007356-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、高压试验(DC):

示值(kV)	实测值(kV)
10	9.992
20	19.97
30	29.95
40	39.91
50	49.86
60	59.84

测量不确定度: $U_{rel}=0.7\%$ $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.

