

# 校准证书

## CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2020DW03540338]  
Certificate No.

委托方名称 Customer	杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司
委托方地址 Address	杭州市江干区德胜东路5277号
样品名称 Name Of Sample	蓄电池放电测试仪
制造厂商 Manufacturer	武汉国电华美电气设备有限公司
型号规格 Model/Type	HM3986-220V/100A
器具编号 No Of Sample	2007092

湖北省计量测试技术研究院  
证书骑缝章

证书专用章  
Stamp



校准日期  
Calibration date

2020 年 08 月 24 日  
Y M D

证书批准人  
Approved by 耿睿

核验员  
Checked by 张琼月

校准员  
Calibrated by 向君

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



● 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

● 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

● 本次校准的技术依据 (名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJF 1587-2016 数字多用表校准规范

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称  
Name of Equipment  
数字多用表

型号/编号  
Model/Serial No.  
8508A/974056743

证书号/有效期  
Certificate No./Due Date  
DLsc2019-2059/2020-09-25

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 20.7°C

相对湿度: 53 %

其它: ——

Temperature

R.H.

Others

气压: ——

地点: 本院光谷基地B102

原始记录编号: 2020DW03540338

Pressure


Place

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。



## 校准数据/结果

Data/Results of Calibration

一、电压测量		
标准值/V	被检显示值/V	测量不确定度( $U; k=2$ )
50.00	50.40	0.20V
100.0	100.1	0.2V
150.0	150.1	0.2V
200.0	200.1	0.2V
220.0	220.1	0.2V
250.0	250.1	0.2V

以下空白

